



Колориметричні і титрометричні набори MColorTest:

Показник	Каталожний номер	Діапазон, мг/дм ³	Кількість вимірювання у наборі	Тип набору
Алюміній	1.14413.0001	0.07–0.12–0.20–0.35–0.50 –0.65–0.80 мг/л Al	185	Кольорова карта-компаратор
	1.18386.0001	0.10–0.20–0.35–0.50–0.75 –1–2–3–6 мг/л Al	150	Кольоровий диск-компаратор
Амоній	1.14428.0002	0.025–0.050–0.075– 0.10– 0.15–0.20–0.25–0.30–0.40 мг/л NH ₄	70	Кольорова карта-компаратор
	1.14400.0001	0.05–0.10–0.15–0.2–0.3– 0.4–0.5–0.6–0.8 мг/л NH ₄	100	Кольорова карта-компаратор
	1.08024.0001	0.2–0.4–0.6–1–2–3–5 мг/л NH ₄	50	Висувна шкала-компаратор
	1.14423.0002	0.2–0.5–0.8–1.2–1.6–2–3– 5–8 мг/л NH ₄	200	Кольорова карта-компаратор
	1.14750.0002	0.2–0.5–0.8–1.3–2.0–3.0– 4.5–6.0–8.0 мг/л NH ₄	200	Кольоровий диск-компаратор
	1.11117.0001	0.5–1–3–5–10 мг/л NH ₄	150	Кольорова карта-компаратор
	1.14657.0001	0.5–1–3–5–10 мг/л NH ₄	50	Кольорова карта-компаратор
Гідразин	1.08017.0001 також необхід- ний 1.08018.0001	0.10–0.25–0.5–1.0 мг/л N ₂ H ₂	100	Посудина-компаратор
Діоксид вуглецю	1.17179.0001	1.25 мг/л CO ₂ 2.5 мг/л CO ₂ 5 мг/л CO ₂	100 при 30 мг/л 100 при 60 мг/л 100 при 120 мг/л	Титрування з крапельницею
Залізо	1.14403.0001	0.01–0.02–0.03–0.04–0.06 – 0.08–0.10–0.15–0.20 мг/л Fe	300	Кольорова карта-компаратор
	1.14759.0001	0.1–0.2–0.5–0.8–1.2–2–3– 5 мг/л Fe	500	Кольоровий диск-компаратор
	1.11136.0001	0.1–0.3–0.5–1.0–2.5–5.0– 7.5–12.5–25–50 мг/л Fe	200	Посудина-компаратор
	1.14438.0001	0.2–0.4–0.6–0.8–1.0–1.3– 1.6–2.0–2.5 мг/л Fe	500	Кольорова карта-компаратор
	1.14404.0001	0.25–0.5–1.0–2.0–3.0– 5.0–7.5–10–15 мг/л Fe	300	Кольорова карта-компаратор
	1.14660.0001	0.05–0.1–0.2–0.4–0.6– 0.8–1.0 мг/л Fe	50	Кольорова карта-компаратор



Колориметричні і титрометричні набори MColortest:

Твердість карбонатна	1.08048.0001	0.25 °е і 0.1 ммоль/л	300 при 12.5 °е	Титрування з піпеткою
	1.11103.0001	1.25 °е	100 при 12.5 °е	Титрування з крапельницею
	1.14653.0001	1.25 °е	50 при 1.25 °е	Титрування з крапельницею
Твердість загальна	1.08047.0001	0.13 °е і 1 мг/л CaCO ₃	300 при 3.8 °е	Титрування з піпеткою
	1.08039.0001	0.25 °е і 10 мг/л CaCO ₃	300 при 12.5 °е	Титрування з піпеткою
	1.11104.0001	1.25 °е	100 при 12.5 °е	Титрування з крапельницею
	1.08312.0001	20 мг/л CaCO ₃	200 при 200 мг/л	Титрування з крапельницею
	1.14652.0001	1.25 °е	50 при 1.25 °е	Титрування з крапельницею
Твердість залишкова	1.11142.0001	0.05–0.10–0.19 °е	400	Кольорова карта-компаратор
Кальцій	1.11110.0001	2 мг/л Ca	200 при 170 мг/л Ca	Титрування з піпеткою
Розчинений кисень	1.11107.0001	0.1 мг/л O ₂	100 при 8.5 мг/л O ₂	Титрування з піпеткою
Кисень в прісній і морській воді	1.14662.0001	1–3–5–7–9–12 мг/л O ₂	50	Кольорова карта-компаратор
Магній	1.11131.0001	100–200–300–500–1,000–1,500 мг/л Mg	50	Кольорова карта-компаратор
Марганець	1.14406.0001	0.03–0.06–0.10–0.15–0.20 0.25–0.3–0.4–0.5 мг/л Mn	120	Кольорова карта-компаратор
	1.14768.0001	0.3–0.7–1.3–2–3–4–5–7–10 мг/л Mn	120	Кольоровий диск-компаратор
Мідь	1.14414.0001	0.05–0.08–0.12–0.16–0.2–0.25–0.3–0.4–0.5 мг/л Cu	125	Кольорова карта-компаратор
	1.14418.0001	0.3–0.6–1.0–1.5–2.0–2.5–3–5 мг/л Cu	125	Кольорова карта-компаратор
	1.14765.0001	0.3–0.6–1.0–1.5–2–3–5–7–10 мг/л Cu	125	Кольоровий диск-компаратор
	1.14651.0001	0.15–0.3–0.45–0.6–0.8–1.2–1.6 мг/л Cu	50	Кольорова карта-компаратор
Сечовина, тест для басейнів	1.14843.0001	0.3–0.6–1.0–1.5–2–3–4–5–8 мг/л (NH ₂) ₂ CO	100	Кольоровий диск-компаратор
Нікель	1.14420.0001	0.02–0.04–0.07–0.10–0.15 0.2–0.3–0.4–0.5 мг/л Ni	125	Кольорова карта-компаратор
	1.14783.0001	0.5–1.0–1.5–2–3–4–6–8–10 мг/л Ni	500	Кольоровий диск-компаратор



Колориметричні і титриметричні набори MColortest:

Нітрати	1.18387.0001	5–10–20–30–40–50– 60–70–90 мг/л NO ₃	90	Кольоровий диск- компаратор
	1.11170.0001	5–10–20–30–40–50– 60–70–90 мг/л NO ₃	200	Висувна шкала- компаратор
	1.11169.0001	10–25–50–75–100– 125–150 мг/л NO ₃	100	Кольорова карта- компаратор
Нітриди	1.14408.0001	0.005–0.012–0.02–0.03– 0.04–0.05–0.06–0.08–0.10 мг/л NO ₂	110	Кольорова карта- компаратор
	1.08025.0001	0.025–0.05–0.075–0.1– 0.15–0.2–0.3–0.5 мг/л NO ₂	200	Висувна шкала- компаратор
	1.14424.0001	0.1–0.2–0.3–0.4–0.6–0.8– 1.0–1.3–2.0 мг/л NO ₂	400	Кольорова карта- компаратор
	1.14424.0001	0.1–0.2–0.4–0.6–1.0–1.8– 3.0–6.0–10 мг/л NO ₂	400	Кольоровий диск- компаратор
	1.14658.0001	0.05–0.15–0.25–0.50– 1.0 мг/л NO ₂	100	Висувна шкала- компаратор
Озон	1.18755.0001	0.007–0.017–0.030–0.040 – 0.055–0.070–0.10–0.14– 0.20 мг/л O ₃	300	Кольорова карта- компаратор
	1.18758.0001	0.15–0.35–0.5–0.7–1.4– 2.7–5.0–7.0–10 мг/л O ₃	300	Кольоровий диск- компаратор
Силікати	1.14410.0001	0.021–0.043–0.086– 0.13–0.17–0.21–0.32– 0.43–0.53 мг/л SiO ₂	150	Кольорова карта- компаратор
	1.14792.0001	0.64–1.3–2.1–3.2–4.3–6.4 – 11–15–21 мг/л SiO ₂	150	Кольоровий диск- компаратор
Сульфати	1.18389.0001	25–50–75–100–130–160– 190–240–300 мг/л SO ₄	75	Кольоровий диск- компаратор
	1.14411.0001	25–50–80–110–140– 200–300 мг/л SO ₄	90	Кольорова карта- компаратор
Сульфіди	1.14416.0001	0.02–0.04–0.06–0.08–0.10 – 0.13–0.16–0.20–0.25 мг/л S	100	Кольорова карта- компаратор
	1.14777.0001	0.1–0.3–0.5–0.7–1–2– 3–4–5 мг/л S	200	Кольоровий диск- компаратор
Сульфіти	1.11148.0001	0.5 мг/л Na ₂ SO ₃ (0.32 мг/л SO ₃)	200 при 40 мг/л Na ₂ SO ₃	Титрування з піпеткою
Формальдегід	1.08028.0001	0.10–0.25–0.4–0.6–0.8– 1.0– 1.5 мг/л HCHO	100	Висувна шкала- компаратор



Колориметричні і титрометричні набори MColortest:

Фосфати	1.18394.0001	0.046–0.092–0.14–0.18– 0.25–0.34–0.43 мг/л PO ₄	200	Кольорова карта- компаратор
	1.18394.0001	0.6–1.2–1.8–2.5–3.1–4.6– 6.1–7.7–9.2 мг/л PO ₄	200	Кольоровий диск- компаратор
	1.11138.0001	1.3–3.3–6.7–10–13 мг/л PO ₄	300	Сосуд- компаратор
	1.14449.0001	3.1–6.1–11–18–31–61– 123 мг/л PO ₄	190	Кольорова карта- компаратор
	1.18388.0001	4.6–9.2–18–28–37–49– 61–123–307 мг/л PO ₄	300	Кольоровий диск- компаратор
	1.14661.0001	0.25–0.50–0.75–1.0–1.5– 2.0–3.0 мг/л PO ₄	100	Кольорова карта- компаратор
Фториди	1.18771.0001	0.15–0.3–0.5–0.8 мг/л F	100	Кольорова карта- компаратор
Хлор (вільний і загальний хлор)	1.14803.0002	0.1–0.2–0.3–0.4–0.6–0.8– 1.0–1.5–2.0 мг/л Cl ₂	400 на вільний і 400 на загальний	Кольоровий диск- компаратор
	1.18326.0002	0.25–0.50–0.75–1–2– 4–7–10–15 мг/л Cl ₂	400 на вільний і 400 на загальний	Кольоровий диск- компаратор
Хлор (вільний)	1.14434.0001	0.01–0.025–0.045– 0.06–0.08–0.1–0.15– 0.2–0.3 мг/л Cl ₂	400	Кольорова карта- компаратор
	1.14978.0001	0.1–0.2–0.3–0.4–0.6– 0.8–1.0–1.5–2.0 мг/л Cl ₂	600	Кольоровий диск- компаратор
	1.14976.0001	0.25–0.50–0.75–1–2– 4–8–10–15 мг/л Cl ₂	1000	Кольоровий диск- компаратор
	1.14670.0001	0.10–0.25–0.5– 1.0–2.0 мг/л Cl ₂	100	Кольорова карта- компаратор
Хлор та pH	1.11174.0001	0.1–0.3–0.6–1.0–1.5 мг/л Cl ₂ / pH 6.8–7.1–7.4–7.6–7.8	200 на хлор 200 на pH	Посудина- компаратор
	1.11160.0001	0.10–0.20–0.30–0.60–1.0– 1.5 мг/л Cl ₂ / pH 6.5–6.8– 7.0–7.2–7.4–7.6–7.9	150 на хлор 150 на pH	Висувна шкала- компаратор
Діоксид хлору	1.18754.0001	0.020–0.050–0.075– 0.10–0.15–0.20–0.30– 0.40–0.55 мг/л ClO ₂	300	Кольорова карта- компаратор
	1.18756.0001	0.5–0.9–1.4–1.9–3.8– 7.5–13–19–28 мг/л ClO ₂	300	Кольоровий диск- компаратор
Хлориди	1.11106.0001	2 мг/л Cl	200 при 170 мг/л Cl	Титрування з піпеткою
	1.14753.0001	3–6–10–18–30–60–100– 180–300 мг/л Cl	200	Кольоровий диск- компаратор
	1.14401.0001	5–10–20–40–75– 150–300 мг/л Cl	400	Кольорова карта- компаратор
	1.11132.0001	25 мг/л Cl	100 при 150 мг/л Cl	Титрування з крапельницею



Колориметричні і титрометричні набори MColortest:

Хромати	1.14441.0001	0.22–0.45–0.67–1.0–1.3– 1.8–2.2–2.9–3.6 мг/л CrO ₄	300	Кольорова карта- компаратор
	1.14756.0001	0.22–0.45–0.8–1.3–2.2– 4.0–6.7–13–22 мг/л CrO ₄	300	Кольоровий диск- компаратор
Кольоровість	1.14421.0001	5–10–20–30–40–50–70– 100–150 одиниць Хазена	необмежено	Кольорова карта- компаратор
Ціаніди	1.14417.0001	0.002–0.004–0.007–0.010 – 0.013–0.016–0.020–0.025 – 0.030 мг/л CN	65	Кольорова карта- компаратор
	1.14429.0001	0.03–0.06–0.10–0.15–0.2– 0.3–0.4–0.5–0.7 мг/л CN	200	Кольорова карта- компаратор
	1.14798.0001	0.03–0.07–0.13–0.2–0.3– 0.5–1–2–5 мг/л CN	200	Кольоровий диск- компаратор
Цинк	1.14780.0001	0.1–0.2–0.3–0.4–0.5–0.7– 1–2–5 мг/л Zn	120	Кольоровий диск- компаратор
	1.14412.0001	0.1–0.2–0.3–0.4–0.5–0.7– 1–2–5 мг/л Zn	120	Кольорова карта- компаратор
Лужність	1.11109.0001	0.1 ммоль/л	200 при 8.5 ммоль/л	Титрування з піпеткою

Наші менеджери проконсультують Вас щодо використання тест-наборів **MColortest**, допоможуть підібрати набори та адаптувати методики, а також нададуть технічну підтримку будь-якої складності. Звертайтеся за контактами:

E-mail: info@alsi.ua, тел.: (044) 520-05-05, (067) 537-84-24, (099) 259-51-09

Більше інформації про **MColortest** можна знайти на нашому сайті:

www.alsi.ua

Приєднуйтеся до наших каналів за посиланнями:



Telegram: <https://t.me/+yhf8v6sAae45ZmRi>



Facebook: <https://www.facebook.com/alsiltl>